

Errata Corrige al Capitolato Tecnico

In riferimento al bando di gara - procedura aperta relativa ad arredo tecnico da laboratorio, indetta dal Consorzio di Ricerca "G.P.Ballatore" nell'ambito del Progetto APQ Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica – ATS Gra.Ce.Ba., si fa presente un errore ravvisato nella descrizione della cappa chimica nel capitolato tecnico, e si precisa quanto segue:

Le pareti laterali della cappa non sono in cristallo temperato di sicurezza, bensì in pannelli d'acciaio.